



MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.07.28.01

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

RECORRENTE:

R.C. MÓVEIS HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.377.937/0001-06, com sede social na Avenida Moisés Forti, nº 1230, Distrito Industrial, Capivari-SP, CEP: 13.360-000.

RECORRIDA:

BHIOGRANO COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.159.799/0001-00, com sede social na Av. 13 de maio, nº 255 - B, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE, CEP 60.040-531.

1. DAS INFORMAÇÕES

A Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA vem manifestar-se e apresentar decisão sobre o Recurso Administrativo apresentado pela empresa **R.C. MÓVEIS HOSPITALARES**, com base no art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.

2. DOS FATOS

Durante a sessão ocorrida no dia 11 de Agosto de 2022, ao tomar conhecimento do resultado do julgamento do pregão em análise, a empresa **R.C. MÓVEIS HOSPITALARES**, através do seu representante, manifestou-se em Ata dizendo que: *“a empresa **BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORARIAIS MEDICOS LTDA**, CNPJ Nº 36.159.799/0001-00 [...] não informa em sua proposta o modelo ofertado do objeto, o que impossibilita a avaliação da comissão em relação ao descritivo do objeto. O fabricante dentre os modelos registrados na ANVISA, não possui variação de medida, na ANVISA possui medida 1,90 x 0,90 enquanto o edital solicitada 203 x 93. Não possui registrado na ANVISA estrutura confeccionado e*





longarina, bem como, não possui registrado na ANVISA capacidade de carga de 200Kg conforme edital, consta apenas 180Kg.”.

Portanto, após a declaração da empresa **BHIOGRANO COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MÉDICOS LTDA** como vencedora do lote único do certame, a empresa **R.C. MÓVEIS HOSPITALARES** manifestou interesse em recorrer desta decisão.

Então, conforme já constado em Ata, a peça recursal apresenta as mesmas afirmações, contudo de forma mais robusta com apresentação de prova.

Sendo assim, neste momento analisa-se a peça recursal.

Contudo, deve-se deixar informado, também, que a empresa recorrida **BHIOGRANO COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MÉDICOS LTDA**, embora notificada, não apresentou qualquer peça de contrarrazão, fazendo com que a análise do mérito seja unicamente do recurso da empresa **RC MÓVEIS**.

3. DO MÉRITO

Em primeira análise, constatamos que, de fato, a descrição do produto apresentada na proposta da empresa recorrida está idêntica à especificação do item apresentado no Termo de Referência, não sendo isso, por si só, qualquer irregularidade.

Contudo, diante destas situações, confrontou-se a descrição da cama hospitalar apresentada na proposta com as especificações descritas nos catálogos da empresa Santa Clara, ora fornecedora da recorrida, sendo neste momento verificada divergência de especificações, conforme demonstra-se em anexo.

Nota-se que, das camas hospitalares fabricadas pela empresa Santa Clara, qualquer delas não possuem as dimensões ou capacidade máxima conforme desejado, não podendo, portanto, dada essa incompatibilidade, ser aceito pela Administração.

Portanto, em razão de necessidade da vinculação ao instrumento convocatório, assim como considerando que a marca ofertada pela empresa recorrida não atende às especificações do edital, necessária se faz a retificação do julgamento do certame.

Por fim, nada mais havendo a declarar, passamos à decisão recursal.



J



4. DA DECISÃO

Deste modo, a luz dos enunciados acima e com base nos princípios norteadores da atividade pública, recebemos o Recurso Administrativo da empresa **R.C. MÓVEIS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.377.937/0001-06, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.07.28.01, reconhecendo-o como tempestivo, para, no mérito, decidir pelo seu PROVIMENTO, haja vista as razões fáticas que imputam o reconhecimento de plausibilidade e veracidade das razões recursais apontadas.

S.M.J.

Esta é a decisão.


GRANJA(CE), 01 DE SETEMBRO DE 2022.

William Rocha Costa

William Rocha Costa
Pregoeiro Oficial do Município de Granja-CE



Cama Fowler Motorizada - Luxo



LEITO

Chapa de aço carbono perfurado.

ESTRADO

Perfil retangulares de 70 x30 mm de aço carbono.

CABECEIRA

Removíveis e fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD).

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL

Escamoteáveis que se deslocam para baixo do leito, fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD)

MOVIMENTOS

Accionados através de motores que permitem obter o movimento de dorso, vascular, fowler e semi-fowler.

ACABAMENTO

Pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão.

ACESSÓRIOS

Controle para acionamento dos motores, suporte de soro e rodízios de 5" de diâmetro sendo 2 com freio e 2 sem freio.

DIMENSÕES

COMPRIMENTO: 1,90 m

LARGURA: 0,90 m

ALTURA: 0,60 m

OPCIONAIS

- Totalmente em aço inoxidável
- Cabeceira em aço carbono, aço inoxidável ou painel de madeira MDF
- Laterais em aço carbono ou aço inoxidável
- Leito em aço inoxidável perfurado ou com revestimento em PEAD
- Rodízios de diferentes tamanhos


REGISTRO ANVISA

80413280007

Produtos Registrados



Cama Fowler Motorizada com Elevação - Luxo



LEITO

Chapa de aço carbono perfurado.

ESTRADO

Em perfil retangulares de 70 x30 mm de aço carbono.

CABECEIRA

Removíveis e fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD).

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL

Escamoteáveis que se deslocam para baixo do leito, fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD)

MOVIMENTOS

Acionados através de motores que permitem obter os movimentos de dorso, vascular, fowler, semi-fowler, tredelemburg, reverso tredelemburg e elevação do leito.

ACABAMENTO

pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão.

ACESSÓRIOS

Controle para acionamento dos motores, suporte de soro e rodízios de 5" de diâmetro sendo 2 com freio e 2 sem freio.

DIMENSÕES

COMPRIMENTO: 1,90 m

LARGURA: 0,90 m

ALTURA: 0,505 - 0,770 m

OPCIONAIS

- Totalmente em aço inoxidável
- Cabeceira em aço carbono, aço inoxidável ou em painel de madeira MDF
- Laterais em aço carbono ou aço inoxidável
- Leito em aço inoxidável perfurado ou com revestimento em PEAD
- Rodízios de diferentes tamanhos

Registro ANVISA

80413280007

Produtos Registrados

